

Số: /TM-TTYT

Tân Lạc, ngày 08 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước RO và máy chạy thận nhân tạo năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước RO và máy chạy thận nhân tạo như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc.

Địa chỉ: Khu Mường Định, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ: Trưởng khoa Dược- Vật tư, thiết bị y tế.

Số điện thoại: 0945431383

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện bản giấy (đóng dấu đỏ) của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc - Khu Mường Định, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 08 tháng 08 năm 2025 đến 15 giờ 10 phút ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/8/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật
(*Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm*)
2. Địa chỉ cung cấp, lắp đặt và bảo hành
Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc - Khu Mường Định, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Thời gian giao hàng dự kiến: 60-90 ngày kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu lực.
3. Mẫu báo giá (tham khảo): *Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm*

Lưu ý: Đơn giá của Quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD;
- Phòng TCHC &TCKT (đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, website Trung tâm);
- Lưu: VT, TCG, TCHC &TCKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Mạnh

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TM-TTYT ngày 08/8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
1	Hệ thống lọc nước RO và máy chạy thận nhân tạo	Hệ thống	01	<p>1) Máy chạy thận nhân tạo: 05 máy</p> <p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, máy mới 100%- Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương- Môi trường làm việc:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm hoạt động tối đa: $\geq 75\%$ <p>Yêu cầu cấu hình cho 01 máy</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 cái- Bộ dây dẫn cấp nước RO: 01 Bộ- Bộ dây dẫn nước thải: 01 Bộ- Bộ dây dẫn kết nối dịch lọc A, B (gắn sẵn): 01bộ- Cây treo dịch truyền: 01 cái- Giá đỡ quả lọc: 01 cái- Dây nguồn gắn sẵn: 01 cái- Que hút hoá chất tẩy trùng máy: 01 cái- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ <p>2) Hệ thống lọc nước RO (cho 10 máy chạy thận nhân tạo): 01 hệ thống</p> <p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa mới 100%, lắp ráp năm 2025 trở về sau

			<ul style="list-style-type: none">- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam 220V/380V; 50Hz- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 23500 đối với nước dùng trong điều trị lọc máu các trị liệu liên quan (theo Quyết định 2482/QĐ-BYT). <p>Yêu cầu Cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none">- Cụm thiết bị tiền xử lý- Cụm thiết bị lọc thẩm thấu ngược RO- Bồn chứa nước thành phẩm- Cụm diệt khuẩn, cấp nước cho thiết bị- Đường ống van tê cắt cho 10 đầu rửa quả lọc và chạy đến 10 máy chạy thận <p>* Yêu cầu khác (Đối với Hạng mục 1 và 2):</p> <ul style="list-style-type: none">- Nhà cung cấp đưa ra Phương án thi công lắp đặt dự kiến.- Kiểm định máy chạy thận nhân tạo theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT_BYT- Kiểm nghiệm nước kết quả đầu ra của Hệ thống lọc nước RO đáp ứng tiêu chuẩn AAMI theo hướng dẫn tại Quyết định 2482/QĐ-BYT.- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng- Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 08 năm. Cam kết cung cấp dịch vụ và báo giá bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành.- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt
--	--	--	---

PHỤ LỤC 2

Tên công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại, email:

BÁO GIÁ CÔNG TY

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc

Trên cơ sở Thư mời báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hệ thống thống lọc nước RO và máy chạy thận nhân tạo như sau:

1. Danh mục báo giá:

STT	Danh mục	Ký mã hiệu, Model, hãng sản xuất (Tham khảo)	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ (Tham khảo)	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1													
...	...												
Tổng:													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị, nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

